

恒温恒湿器(460L)

製品の耐熱性試験, 耐湿試験, 冷熱繰り返し試験

[型式]

楠本化成社 FX420N

[仕様]

○ -40°C ~ 150°C の範囲で温度制御

○ $50\sim 90\text{RH}\%$ (10°C), $40\sim 98\text{RH}\%$ (20°C), $25\sim 98\text{RH}\%$ (50°C), $20\sim 98\text{RH}\%$ (85°C)
で湿度制御

○内寸法 幅700×奥950×高700mm

[設置年度]

2015年度(平成27年度)

