

回流水槽

水流に対する物体の抵抗測定, 流れ観察

[型式]

(株)西日本流体技研 V2-30B型

[仕様]

測定領域 $4 \times 1.5 \times 0.8\text{m}$ 流速 $0 \sim 2.0\text{m/s}$

[設置年度]

1992年度(平成4年度)

