

# X線回折装置

固体材料の結晶性評価，固体材料に含まれる化合物を同定する装置。

[型式]

(株)リガク UltimaIV

[仕様]

- ・測定サンプル: 平板, 粉末
- ・使用管球: Cu
- ・最大電圧・電流: 40kV, 50mA

[設置(登録)年度]

2018年度(平成30年度)

