

赤外分光分析装置

有機物の定性分析

[型式]

日本分光(株) FT/IR-6600

[仕様]

- ・測定方法:透過法, 反射法, ATR法に対応
- ・マクロ:DLATGS検出器(7800-350cm⁻¹)
- ・顕微単素子:ミッドバンドMCT検出器(7800-600cm⁻¹)
- ・顕微16素子:リニアアレイミッドバンドMCT検出器(7000-650cm⁻¹)

[設置年度]

2017年度(平成29年度)

