仕　様　書

1　契約名称及び数量

(1) 契約名称

試料分注機材（電動ピペット）修理

(2) 数量

１点

メーカー・型番　バイオヒット社　eLINE 1ch 10-300μL

2　履行場所

広島県広島市中区光南二丁目 26 番３号

広島県警察本部刑事部科学捜査研究所

3　履行期限

令和９年１月 29 日（金）

4　修理内容

バッテリー交換及び精度検査

精度検査にあっては、測定ポイント２点(最大容量の 100%と 10%もしくは最小設定容量)において５回測定を行い、ISO8655 の最大許容誤差あるいはメーカー基準と比較し合否判定を行うこと。また、受入時の精度検査は行わない。

5　特記事項

(1)　修理及び精度検査に伴う報告書等の書類を作業完了後に提出すること。

(2)　請求書の発行は、全ての検査が完了した後に行うこと。

(3)　本業務上知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用しないこと。

6　その他

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、決定することとする。

以　上