

## 仕様書

### 1 品名及び数量

バイオハザード対策用キャビネット（クラスⅡA2）

日本エアーテック BHC-1910ⅡA2 1台

### 2 付属品（品名及び数量）

（1）電子着火式ガスバーナー＋フットスイッチ

（日本エアーテック GB-60E9） 1台

（2）排気フィルター差圧計（山本電機製作所 W081PRT300D） 1台

### 3 納入期限

令和7年3月21日

### 4 納入場所

廿日市市桜尾二丁目2-68 廿日市第2庁舎南館2階  
広島県西部厚生環境事務所・西部保健所 試験検査課 感染症実験室

### 5 据え付け調整等

- （1）別紙1の指定した経路を通り所定の場所に設置すること。また、既存品は滅菌作業等適切な処置を講じた上で、同じ経路を通り別紙1の所定の場所へ搬出すること。
- （2）設置にあたっては天井等建材に対し、粉じんの飛散が発生する作業を行わないこと。
- （3）設置の際は、別紙2及び3に示された電源差込口およびガス栓に適切に接続し、当該機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- （4）別紙3に示された既存の給排気設備のダクト開口部（2か所）については、落下等の危険がないように処置を施し、外気や衛生害虫等が侵入しないようキャップ（素材等は問わない）で蓋をすること。
- （5）据付調整後、性能検査を実施し、その内容についての報告書を提出すること。

### 6 その他

- （1）受注者は広島県内に営業所又は代理店等を有し、メンテナンスやトラブル発生時に速やかに来所できるメーカー及び正規代理店の点検・修理業

者を迅速に手配可能であること。

- (2) 納品後引き渡しにあたっては、担当職員に当該機器の操作方法及び日常保守管理について説明を行うこと。
- (3) 当該機器の取扱説明書（日本語）を1部提出すること。
- (4) 納入品は新品、未使用品であること。
- (5) 納入後1年間は無償保証期間とし、通常の使用により当該機器に故障が発生した場合には速やかに無償の修理あるいは交換を行うこと。
- (6) 費用には、納入品の荷造運搬、養生、搬入据付、梱包資材の回収を含むものとする。

担当者：

西部厚生環境事務所・西部保健所  
試験検査課 平松

連絡先：0829-32-1181（内線2446）