

仕様書

1 賃貸借物件の品名・数量

フーリエ変換赤外分光光度計一式

2 賃貸借の期間

令和8年11月1日～令和15年10月31日（84か月）

3 設置場所

広島県立総合技術研究所 保健環境センター 新館6階 第2機器分析室

4 用途

医薬品等製造販売業収去検査における、原薬の赤外吸収スペクトルによる確認検査に使用する。

5 機器の設置条件等

- ・ 賃貸借期間の始期までに納入すること。
- ・ 納入機器は新造、未使用であること。
- ・ 指定場所への搬送、据付、機器の調整作業を行うこと。（附帯工事なし）
- ・ 県担当職員の立会いのもと正常に稼働できることを確認し、異常が認められた場合は、速やかに改善又は部品交換等を行い調整すること。なお、動作確認及び異常が認められた場合の対応に要する経費は、受注者の負担とする。
- ・ 据付時適格性評価（IQ）、運転時適格性評価（OQ）を行い、適格性評価結果に関する文書を交付すること。
- ・ 機器の据付調整作業終了後に、基本的な使用方法、メンテナンス方法等の取扱説明を行うこと。
- ・ 日本語の取扱説明書を1部納入すること。

6 機器構成

メーカー：島津製作所

品名：フーリエ変換赤外分光光度計一式

内訳	数量
フーリエ変換赤外分光光度計	
本体 IRSpirit-TX	1
試料室窓板 ASSY 窓材：KRS-5	1
AC 電源ケーブル	1
IRSpirit 用標準付属品	1
電気式除湿器 ASSY	1
標準ポリスチレンフィルム（0009-8448）	1
制御用 PC	
ノート PC（Office 2024）	1
Labsolutions DB IR へのアップグレードキット	1
プリンター（A4、カラーインクジェット）	1
油圧プレスパッケージ	
Pixie 油圧プレスパッケージ（181-1410）	1

7 その他

賃貸借期間満了後、発注者は本契約を終了するか、延長するか、または買取りを選択できることとする。