

〈 質問回答書 〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・2台（84か月リース）

番号	質問日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
1	R8.9.10	入札説明書	1. (1) イ 1. (1) ウ	・ 1. (1) イ「機密データの保存等に関する申出書」の書式がダウンロードファイルにありません。 ・ 1. (1) ウ「機種提案書」の書式は任意書式でよろしいでしょうか。	・ 「機密データの保存等に関する申出書」の書式については、このたびの入札においては不要であるため、ダウンロードファイルからは削除しております。最新版の入札説明書にてご確認ください。 ・ 「機種提案書」の書式については、任意の書式ではなく、当局ホームページに追加掲載しております所定の様式をご使用ください。	R8.9.15
2	R8.9.10	・ 入札参加資格確認申請書 ・ 誓約書 ・ 機種提案書	—	入札参加資格確認申請書と誓約書と機種提案書、これら書類には押印不要でよろしいでしょうか。	これらの書類に関しては、押印は不要です。	R8.9.15
3	R8.9.16	入札説明書	1. (1) イ	販売会社とリース会社の連名で入札に参加する場合に提出する機種提案書と仕様適合明細書のファイルを開示頂けますか。	・ 機種提案書については、共同企業用の様式をダウンロードファイルに追加しておりますので、そちらをご使用ください。 ・ 仕様適合明細書については、現在掲載しております様式の「商号又は名称」の欄に、連名でご記入ください。	R8.9.17

〈 質問回答書 〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・２台（84か月リース）

番号	質問日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
4	R8. 10. 5	仕様書	—	今回の物品調達の入れ替え対象になる現行機種について教えてください。 ・品名（GC部とMS部のそれぞれ） ・型式（GC部とMS部のそれぞれ）	・西部保健所については、今回の物品調達において、機器の入れ替えはありません。（現行機器は、当面の間使用を継続します。） ・東部保健所福山支所について、入れ替え予定の現行機器は次のとおりです。なお、いずれもAgilent Technologies社製です。 ①GC （品名）6890N（型式）G1530N ②MS （品名）5973N（型式）G2579N ③インジェクター （品名）7683N（型式）G2613A ④ヘッドスペースサンプラー （品名）7694（型式）G1289B ※本入札仕様書に記載のGC、MS以外の機器についても並記しています。	R8. 10. 6
5	R8. 10. 5	仕様書	4.（3）ウ	連名で入札に参加する者が入札書を持参する場合は、入札書を封筒に封入封緘する必要がありますか。また、封筒に封印する必要がありますか。 入札書を封筒に封入封緘する必要がある場合、封筒に記載する必要がある事項はなんですか。	入札箱に入札書を入れる際は、封筒に封入・封緘せず、入札書を折りたたんで入れてください。封筒に封印する必要はありません。	R8. 10. 6
6	R8. 10. 5	仕様書	4.（3）ウ	入札書に記載する日付は入札書の作成日、提出日、開札日のどれになりますか。	入札書に記載する日付は、開札日としてください。	R8. 10. 6

〈 質問回答書 〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・２台（84か月リース）

番号	質問日	分類		質問事項	回答	回答日
		対象資料	対象部分			
7	R8. 10. 5	仕様書	4. （４）ア	連名で入札に参加する者が開札に立ち会う場合は、二社での立ち合いは可能ですか。また、開札会場に入るために委任状は必要ですか。	連名で入札する場合は、応札者が２社であるため、両者とも入室可能です。入室人数に制限はありませんが、入札執行側が必要であると判断した場合に限ります。入室するに当たって提出書類は不要です。	R8. 10. 6