# 〈　質問回答書　〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・２台（84か月リース）

| 番号 | 質問日 | 分類 | | 質問事項 | 回答 | 回答日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 対象資料 | 対象部分 | | | |
| 1 | R8.9.10 | 入札説明書 | １．（１）イ<br>１．（１）ウ | ・１．（１）イ「機密データの保存等に関する申出書」の書式がダウンロードファイルにありません。<br>・１．（１）ウ「機種提案書」の書式は任意書式でよろしいでしょうか。 | ・「機密データの保存等に関する申出書」の書式については、このたびの入札においては不要であるため、ダウンロードファイルからは削除しております。最新版の入札説明書にてご確認ください。<br>・「機種提案書」の書式については、任意の書式ではなく、当局ホームページに追加掲載しております所定の様式をご使用ください。 | R8.9.15 |
| 2 | R8.9.10 | ・入札参加資格確認申請書<br>・誓約書<br>・機種提案書 | ― | 入札参加資格確認申請書と誓約書と機種提案書、これら書類には押印不要でよろしいでしょうか。 | これらの書類に関しては、押印は不要です。 | R8.9.15 |
| 3 | R8.9.16 | 入札説明書 | １．（１）イ | 販売会社とリース会社の連名で入札に参加する場合に提出する機種提案書と仕様適合明細書のファイルを開示頂けますか。 | ・機種提案書については、共同企業用の様式をダウンロードファイルに追加しておりますので、そちらをご使用ください。<br>・仕様適合明細書については、現在掲載しております様式の「商号又は名称」の欄に、連名でご記入ください。 | R8.9.17 |

# 〈　質問回答書　〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・２台（84か月リース）

| 番号 | 質問日 | 分類 | | 質問事項 | 回答 | 回答日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 対象資料 | 対象部分 | | | |
| 4 | R8.10.5 | 仕様書 | ― | 今回の物品調達の入れ替え対象になる現行機種について教えてください。<br>・品名（ＧＣ部とＭＳ部のそれぞれ）<br>・型式（ＧＣ部とＭＳ部のそれぞれ） | ・西部保健所については、今回の物品調達において、機器の入れ替えはありません。（現行機器は、当面の間使用を継続します。）<br>・東部保健所福山支所について、入れ替え予定の現行機器は次のとおりです。なお、いずれもAgilent Technologies社製です。<br>①ＧＣ<br>（品名）６８９０Ｎ（型式）Ｇ１５３０Ｎ<br>②ＭＳ<br>（品名）５９７３Ｎ（型式）Ｇ２５７９Ｎ<br>③インジェクター<br>（品名）７６８３Ｎ（型式）Ｇ２６１３Ａ<br>④ヘッドスペースサンプラー<br>（品名）７６９４　（型式）Ｇ１２８９Ｂ<br>※本入札仕様書に記載のＧＣ、ＭＳ以外の機器についても並記しています。 | R8.10.6 |
| 5 | R8.10.5 | 仕様書 | ４．（３）ウ | 連名で入札に参加する者が入札書を持参する場合は、入札書を封筒に封入封緘する必要はありますか。また、封筒に封印する必要はありますか。<br>入札書を封筒に封入封緘する必要がある場合、封筒に記載する必要がある事項はなんでしょうか。 | 入札箱に入札書を入れる際は、封筒に封入・封緘せず、入札書を折りたたんで入れてください。封筒に封印する必要はありません。 | R8.10.6 |
| 6 | R8.10.5 | 仕様書 | ４．（３）ウ | 入札書に記載する日付は入札書の作成日、提出日、開札日のどれになりますか。 | 入札書に記載する日付は、開札日としてください。 | R8.10.6 |

# 〈　質問回答書　〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・２台（84か月リース）

| 番号 | 質問日 | 分類 | | 質問事項 | 回答 | 回答日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 対象資料 | 対象部分 | | | |
| 7 | R8.10.5 | 仕様書 | ４．（４）ア | 連名で入札に参加する者が開札に立ち会う場合は、二社での立ち合いは可能ですか。また、開札会場に入るために委任状は必要ですか。 | 連名で入札する場合は、応札者が２社であるため、両者とも入室可能です。入室人数に制限はありませんが、入札執行側が必要であると判断した場合に限ります。入室するに当たって提出書類は不要です。 | R8.10.6 |
| 8 | R8.10.19 | ― | ― | 仕様書記載の納入期限までに物件は納品可能と確認が取れておりますが、天災や物流遅延等の不測の事態が発生し、納期遅延となった場合、賃貸人への指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等無く、賃貸借期間（84ヵ月）は変更せず、開始時期を遅らせる等の協議に応じて頂けますでしょうか。 | ・天災や物流遅延等の正当な理由により納期が遅延した場合は、指名除外の対象とはなりませんが、その正当性については個別に検討させていただきます。<br>・損害賠償や違約金については、「契約書（案）」第７条・第８条等に記載がございますが、「自己の責めに帰すべき理由」に該当しなければ、事業者は支払いの対象にはなりません。こちらについても実際の状況に応じて判断いたします。<br>・開始時期の遅延などについての協議には応じることが可能です。 | R8.10.23 |
| 9 | R8.10.19 | ― | ― | 令和９年度以降の歳入歳出予算の減額または削除があった場合、契約解除となっていますが、その場合、未経過期間の残リース料をお支払い頂けますか。また、過去にそのような事例はありますか。 | ・過去において、予算削減を理由とした契約解除の事例は把握しておりません。<br>・未経過期間の残リース料の支払いについては、個別の状況に応じて適切に対応させていただきます。 | R8.10.23 |

# 〈　質問回答書　〉

ガスクロマトグラフ質量分析装置賃貸借契約の一般競争入札質問事項について、次のとおり回答します。

調達物品の名称、規格及び数量：ガスクロマトグラフ質量分析装置一式・２台（84か月リース）

| 番号 | 質問日 | 分類 | | 質問事項 | 回答 | 回答日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 対象資料 | 対象部分 | | | |
| 10 | R8.10.19 | ― | ― | リース期間満了のデータ消去について、発注者にて対応頂けるという認識で宜しいですか。受注者負担であった場合、撤去後の受注者指定場所での作業、データ消去は物理破壊でなくソフトウェア上書きによって行い、報告書は受注者指定様式という認識でよろしいでしょうか。 | リース期間満了後のデータ消去は、発注者で対応します。また、発注者による消去以外の作業をされる場合、質問票の方法で作業を行い、受注者様の指定様式で報告書を提出してください。<br>なお、リース期間終了後（2033年度）の機器の返還有無は、その時点で判断することから、実際には、契約を更新（延長）し機器を継続使用するケースもあり得ますので、御承知おきください。 | R8.10.23 |
| 11 | R8.10.22 | 仕様書 | ６（１） | 「２本のフィラメントを備え、一方が切れても真空状態を解除することなく切替が可能であること」とありますが、一方のフィラメントが切れた際、分析者による切替操作を必要とせず、自動的にもう一方のフィラメントへ切り替わり、分析を継続できることを要件としているとの理解でよろしいでしょうか。 | 今回の使用は「自動切替」を要件としていません。このため、一例として『フィラメント切れ』の発生が表示された後、ユーザーが真空状態を解除せず切替できる製品であれば、仕様に適合します。 | R8.10.23 |